

Объявление о проведении закупа медицинского изделия «Система кохлеарной имплантации» способом тендера

КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления общественного здравоохранения г. Алматы объявляет о проведении тендера по закупу медицинского изделия «Система кохлеарной имплантации» на 2024 год.

Наименование заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы

Наименование медицинских изделий, их характеристика с приложением технической спецификации медицинских изделий, единица измерения, количество, выделенная цена и общая сумма: Наименование медицинских изделий, сумма, объем, место, сроки и условия поставок, техническая характеристика по каждому лоту указаны в приложениях 1, 2 к тендерной документации.

Место поставки: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220, КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы.

Сроки поставки: согласно графику поставки, указанному в приложении 1 к тендерной документации.

Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени: Пакет тендерной документации можно получить в срок до **15 часов 00 минут 28 марта 2024 года** включительно по адресу: 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220, 2 этаж кабинет государственных закупок после представления потенциальным поставщиком доверенности на получение тендерной документации.

Окончательный срок представления тендерных заявок до **10 часов 00 минут 29 марта 2024 года**.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться: **29 марта 2024 года в 12 часов 00 минут** по следующему адресу: 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220, Конференц зал.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 262-92-58, 262-15-52

Директор



Толегенова С.У.

Медициналық бұйымды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру Тендер тәсілімен" кохлеарлық имплантация жүйесі"

Тауар жеткізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 220, Алматы қ. ҚДБ ШЖҚ «№5 қалалық клиникалық ауруханасы» КМК 2024 жылға.

Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы:
Алматы қ. ДСБ "№ 5 Қалалық клиникалық аурухана " ШЖҚ КМК

Медициналық бұйымдардың атауы, медициналық бұйымдардың техникалық ерекшелігін қоса бере отырып, олардың сипаттамасы, өлшем бірлігі, Саны, бөлінген бағасы және жалпы сомасы: медициналық бұйымдардың атауы, сомасы, көлемі, орны, жеткізу мерзімі мен шарттары, әрбір лот бойынша Техникалық сипаттама тендерлік құжаттамаға 1, 2-қосымшаларда көрсетілген.

Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 220, Алматы қ. ДСБ "№5 Қалалық клиникалық аурухана" ШЖҚ КМК.

Жеткізу мерзімі: тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген жеткізу кестесіне сәйкес.

Қалған уақытты кері санаумен өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу уақыты: Тендерлік құжаттама топтамасын **2024 жылғы 28-ші наурыз сағат 15.00-ге** дейінгі мерзімде мына мекенжайдан алуға болады: Алматы қ., Достық д-лы, 220, мемлекеттік сатып алу кабинеті, тендерлік құжаттаманы алуға әлеуетті жеткізуші сенімхатты тапсырғаннан кейін.

Тендерлік өтінімдер тапсырудың түпкілікті мерзімі **2024 жылғы 29 -шы наурыз сағат 10.00-ге** дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер **2024 жылғы 29-шы наурыз сағат 12.00-де** мына мекенжайда ашылады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 220, конференц-зал.

Тендерге "тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларында" көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер бюджет есебінен жіберіледі және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығымен бекітілген.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады:
8 /727/ 262-92-58, 262-15-53

Директор



С.У. Толегонова

Приложение №1 Перечень закупаемых медицинских изделий на 2024 год

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу по лоту	Сумма, выделенная для закупки	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМ С 2020)	Срок поставки	Условия платежа
1	КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы	Система кохлеарной имплантации	комплект	70	5 700 000	399 000 000,000	DDP пункт назначения	Срок поставки 15 дней с момента получения заявки заказчика.	По факту поставки товара в течении 30 календарных дней
2	КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы	Система кохлеарной имплантации	комплект	30	5 700 000	171 000 000,00	DDP пункт назначения	Срок поставки 15 дней с момента получения заявки заказчика.	По факту поставки товара в течении 30 календарных дней
3	КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы	Система кохлеарной имплантации	комплект	25	5 700 000	142 500 000,00	DDP пункт назначения	Срок поставки 15 дней с момента получения заявки заказчика.	По факту поставки товара в течении 30 календарных дней
ИТОГО:									

* Полное описание характеристик товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации

Директор _____



Толегонова С.У.

№ 1 қосымша 2024 жылға сатып алынатын медициналық бұйымдардың тізбесі

№ лота	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Бірлік.	Кол-во	Лот бойынша Бірлік бағасы	Сатып алуға бөлінген сома	Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020)	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1	Алматы қ. ДСБ"№5 Қалалық клиникалық ауруханасы " ШЖҚ ҚМК	Кохлеарлық имплантация жүйесі	жинақ	70	5 700 000	399 000 000,000	DDP баратын жер	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 15 күн.	30 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу фактісі бойынша
2	Алматы қ. ДСБ"№5 Қалалық клиникалық ауруханасы " ШЖҚ ҚМК	Кохлеарлық имплантация жүйесі	жинақ	30	5 700 000	171 000 000,00	DDP баратын жер	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 15 күн.	30 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу фактісі бойынша
3	Алматы қ. ДСБ"№5 Қалалық клиникалық ауруханасы " ШЖҚ ҚМК	Кохлеарлық имплантация жүйесі	жинақ	25	5 700 000	142 500 000,00	DDP баратын жер	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 15 күн.	30 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу фактісі бойынша
Барлығы:									

* Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы мен сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі

Директор _____



Төлегенова С.У.

КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5»



УТВЕРЖДАЮ

2023 г. Алматы

Болегенова С.У.

14 марта 2024 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот № 1 - Система кохлеарной имплантации

№ п/п	Параметры	Требование
1. Требования к импланту		
1.1	Длина корпуса импланта мм	Не более 46
1.2	Толщина корпуса импланта мм	Не более 4.5
1.3	Количество независимых источников тока	Не менее 24
1.4	Количество независимых электродных каналов	Не менее 12
1.5	Глубина погружения электронной решетки в улитку при стандартной анатомии мм	Не менее 31
1.6	Количество дополнительных электродов за пределами улитки	Не менее 2
1.7	Частотный диапазон	От 70 Гц до 8500 Гц
1.8	Частота стимуляции общая	Не менее 50000 импульсов в секунду
1.9	Тип электродной решетки: прямая электродная решетка	Наличие
1.10	Наличие коротких электродов (замена в течении 7 календарных дней) с учетом индивидуальных особенностей улитки	От 15 мм до 19 мм
1.11	Возможность применения специальных электродов, конструкция которых обеспечивает герметизацию кохлеастомы при наличии Gusher-синдрома	Наличие
1.12	Конструкция корпуса импланта должна обеспечивать надежную фиксацию без использования дополнительных материалов и без формирования костного ложа для импланта	Наличие
1.13	Возможность стимуляции трехфазными и точными трехфазными импульсами	Наличие
1.14	Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита	Наличие
1.15	Возможность использования параллельной стимуляции по 12 электродным каналам	Наличие
2. Требования к речевому процессору заушного типа		
2.1	Речевой процессор заушного типа	Наличие
2.2	Масса с двумя цинк-воздушными 675 элементами гр.	Не более 10,6
2.3	Продолжительность работы от 2х 675 элементов часов	Не менее 60
2.4	Снижение шума ветра	Наличие
2.5	Возможность подключения внешних устройств	Наличие

В.А. Турсунбаев *С.У. Болегенова*

2.6	Количество спектральных полос	Не менее 250
2.7	Количество программ прослушивания	Не менее 4
2.8	Входной динамический диапазон	Не менее 85 дБ SPL
2.9	Кабель для подключения к источникам звука (плееру, телефону и т.д.)	Наличие
2.10	Не менее 5 вариантов ношения РП	Наличие
2.11	Микрофоны	Не менее 2
2.12	Аккумуляторы как источник питания	Наличие
2.13	Пульт дистанционного управления	Наличие
2.14	Ведение протокола использования системы	Наличие
2.15	Функция проверки качества связи с имплантом с индикатором	Наличие
2.16	Дизайн процессора обеспечивает предотвращение несанкционированного вмешательства в устройство	Наличие
3. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение		
3.1.	Гарантийное обслуживание	
3.2.	- наружная часть системы - речевой/звуковой процессор	Не менее 3 лет
3.3.	- внутренняя часть системы	Не менее 10 лет
3.4.	Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание	Наличие
3.5.	Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов	Наличие

Лот № 2 - Система кохлеарной имплантации

№ п/п	Основные требования	Показатели
Система кохлеарной имплантации, предназначенная для пациентов с сенсоневральной тугоухостью 3-4 степени и глухотой, должна состоять из четырех инновационных компонентов: кохлеарного импланта, речевого процессора, устройства дистанционного управления и специального программного обеспечения для настройки речевого процессора		
№ п/п	1. Требования к импланту	Показатели
Кохлеарный имплант должен сочетать в себе сложное электронное устройство и современную электродную решетку		
1.	Удароустойчивый титановый корпус импланта	Наличие
2.	Биологически совместимый материал корпуса и покрытия	Наличие
3.	Количество активных независимых электродов, вводимых в улитку для оптимальной стимуляции	Не менее 22
4.	Количество экстракохлеарных электродов	Не менее 2
5.	Возможность выбора линейки электродных решеток в зависимости от состояния улитки	Наличие
6.	Широкий диапазон способов стимуляции: монополярный, биполярный и с общей массой, двухфазные импульсы тока	Наличие
7.	Интракохлеарная длина электрода	Не более 19 мм

В.А. Лигин

8.	Длина активного участка электродной решетки	Не более 15 мм
9.	Возможность минимального повреждения улитки при введении электрода	Наличие
10.	Возможность проверки правильно ли введён электрод в режиме реального времени во время операции.	Наличие
11.	Совместимость с будущими моделями речевых процессоров	Наличие
12.	Наличие хирургического процессора для проверки правильности введения электрода, диагностики импланта после введения, а так же проверки импеданса и автоматизированной системы измерения порогов электрически вызванного сложного потенциала действия.	Наличие
2. Требования к речевому процессору		
1.	Речевой процессор заушного типа совместимый по беспроводной связи с устройством дистанционного управления	Наличие
2.	Возможность дистанционного поиска утерянного речевого процессора с помощью смартфона	Наличие
3.	Возможность потоковой передачи звука со смартфона на речевой процессор с дистанции не менее 7 метров	Наличие
4.	Устройство дистанционного управления контролирует работу речевого процессора: изменяет громкость и чувствительность РП, переключает программы, блокирует кнопки РП, показывает заряд аккумулятора или батареек и т.д.	Наличие
5.	Современная и полностью автоматическая технология обработки звука в различных слуховых ситуациях	Наличие
6.	Динамическая регуляция различных звуковых характеристик для четкости и ясности речи (снижение фонового шума и шума ветра).	Наличие
7.	Речевой процессор с не менее 2-мя всенаправленными микрофонами	Наличие
8.	Возможность использования до 4-х программ прослушивания в разных акустических ситуациях	Наличие
9.	Цифровой тип передачи импульсов и различные стратегии кодирования входящих сигналов	Наличие
10.	Возможность подключения беспроводных внешних устройств	Не менее 3
11.	Влагоотталкивающее покрытие и водоустойчивость с классом защиты не менее IP57	Наличие
12.	Функция автоматического обнаружения телефонного звонка с помощью функции "Авто" индукционной катушки	Наличие
13.	Возможность использования в качестве элементов питания аккумуляторных и воздушно-цинковых батареек на выбор	Наличие
14.	Возможность беспроводной настройки речевого процессора	Наличие
15.	Программное обеспечение для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров. Автоматизированное и интегрированное управление настройками с помощью портативных устройств. Возможность	Наличие

В. Сидор

беспроводного интраоперационного тестирования.			
3. Комплектация звукового (речевого) процессора:			
№ поз.	Наименование	Кол -во	Примечание
1	Звуковой процессор	1	Заушного типа
2	Контейнер для батареек	1	компонент батарейного отсека процессора
3	Воздушно-цинковые батарейки тип Р675	1	Не менее - 6 шт.
4	Крышка батарейного отсека	1	компонент батарейного отсека процессора
5	Комплект документации	1	на государственном (казахском) и русском языке
6	Катушка передающая с кабелем	2	для передачи сигнала от процессора к импланту
7	Страховочная петля	1	Для крепления речевого процессора
8	Магнит катушки	1	для фиксации катушки над имплантом
9	Рожок стандартный	1	для крепления процессора за ухом
10	Контрольные наушники	1	для контроля исправности микрофонов
11	Рюкзак	1	Для удобного ношения аксессуаров к речевому процессору
12	Футляр для повседневного использования	1	футляр для повседневного хранения и сушки процессора
13	Влагопоглотитель в капсулах	1	капсулы для повседневной сушки
14	Отвертка	1	устройство для блокировки доступа к батарейкам
15	Устройство для сушки и хранения	1	устройства для периодической интенсивной сушки процессора
16	Защита микрофона	1	Запасные защитные фильтры для микрофонов
17	Зарядное устройство	1	устройство для зарядки аккумуляторов для процессора
18	Набор адаптеров для зарядного устройства	1	адаптеры для зарядного устройства (аккумуляторы) для различных типов розеток
19	Стандартный аккумуляторный батарейный отсек	1	аккумуляторный элемент питания для процессора стандартного размера
20	Пульт дистанционного управления	1	Пульт дистанционного управления для изменения громкости и чувствительности
4. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение			
1.	Гарантия на системы кохлеарной имплантации	10 лет на имплант 3 года на речевой процессор	
2.	Сервисное обслуживание и обучение родителей правилам пользования системой кохлеарной имплантации	Наличие	

В.В.Видя - 08/5

3.	Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов	Наличие
----	---	---------

Лот № 3 - Система кохлеарной имплантации

№ п/п	Параметры	Требование
1. Требования к импланту		
1.1	Возможность повторного введения электродной решётки	Да, до 3-х попыток
1.2	Удароустойчивый корпус импланта	Да
1.3	Длина корпуса импланта мм	56,2
1.4	Количество независимых источников тока для стимуляции	16
1.5	Количество независимых электродных каналов (активных электродов)	16
1.6	Глубина погружения электронной решетки в улитку мм	до 23
1.7	Количество дополнительных электродов за пределами улитки	2
1.8	Частотный диапазон	от 150 Гц до 10 000 Гц
1.9	Частота стимуляции общая	до 83 000
1.10	Гибкий корпус импланта с вынесенной от электроники катушкой	Да
1.11	Возможность сохранения остаточного слуха	Да
1.12	Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка	Да
1.13	Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта	Да
1.14	Телеметрия нервного ответа	Да
1.15	Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита	Да
1.16	Возможность использования параллельной стимуляции	Да
1.17	Толщина корпуса импланта мм	Не более 4.5
2. Требования к речевому процессору		
2.1	Речевой процессор заушного типа	Да
2.2	Масса с двумя цинк-воздушными 675 элементами гр.	13
2.3	Продолжительность работы от 2х 675 элементов часов	до 56
2.4	Снижение шума ветра	Да
2.5	Возможность подключения внешних устройств	Да
2.6	Количество спектральных полос	до 120
2.7	Количество программ прослушивания	до 5
2.8	Входной динамический диапазон	до 80 дБ SPL
2.9	Не менее 5 вариантов ношения РП	Да

В.А. Бугаев *В.А.*

2.10	Микрофоны	до 4
2.11	Аккумуляторы как источник питания	Да
3. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение		
3.1.	Гарантийное обслуживание	
3.2.	- наружная часть системы - речевой/звуковой процессор	3 года
3.3.	- внутренняя часть системы	10 лет
3.4.	Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание	Да
3.5.	Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов	Да

Дополнительные требования к поставляемому товару

- 1) Товар должен быть новым, обязательно упакованным, промаркированным с указанием наименования, страны-производителя и произведен не позднее 2023 года. Каждая единица товара должна быть снабжена технической и эксплуатационной документацией на казахском и русском языках.
- 2) Товар должен иметь документ, подтверждающий наличие регистрации в Республике Казахстан.
- 3) Гарантия качества и срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта начинается с момента установки и ввода в эксплуатации.
- 4) Срок замены товара, вышедшего из строя и/или ремонт комплектующих должен быть не более 30 дней.

 